

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
лаборатории технических средств
Научно-исследовательского и проектного республиканского
унитарного предприятия
«БЕЛТЭИ»

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается для технологических нужд производства | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики | |
| | | | | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1-первичная поверка | 16.00.00.00-100 | <p>Модули измерительные TREI-5B-M для устройств про- граммного управления TREI-5B-XX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аналогового ввода и вывода тока • аналогового ввода и вывода напряжения • аналогового ввода температуры (с по- мощью термопреоб- разователей сопро- тивления и термо- электрических преоб- разователей) | <p>(0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА от минус 5 до 5 мА от минус 10 до 10 мА</p> <p>(0 – 5) В (0 – 10) В от минус 5 до 5 В от минус 10 до 10 В</p> <p>от минус 200 до 1300 °С</p> | <p>± 0,025 % и более</p> <p>± 0,025 % и более</p> <p>± 0,2 °С и более</p> |

Руководитель
Органа по аккредитации



Н.А. Жагора

Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии"

| | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Код Госстандарта | Код РМЦ | Код министерства | Код предприятия |
| 0 4 1 0 0 | 0 0 6 5 0 | 0 2 2 3 0 | 0 0 3 8 2 |

Регистрационное удостоверение № 170 МН

на право поверки средств измерений (СИ)

выдано 14.12.2006 года

действительно до 14.12.2011 года

Научно-исследовательскому и проектному республиканскому унитарному предприятию "БЕЛТЭИ"

| Средства измерений (СИ), поверка которых разрешается | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|---|
| № | Код вида работ: 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | Код СИ | Наименование, тип СИ | Метрологические характеристики | | Ориентировочное количество поверяемых СИ (тыс. шт. в год) |
| | | | | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. | 1-первичная поверка | 16.00.00.00-100 | Модули измерительные TREI-5B-M для устройств программного управления TREI-5B-XX : <ul style="list-style-type: none"> • аналогового ввода и вывода тока • аналогового ввода и вывода напряжения • аналогового ввода температуры (с помощью термодатчиков сопротивления и термoeлектрических преобразователей) | (0 – 5) мА (0 – 20) мА (4 – 20) мА от минус 5 до 5 мА от минус 10 до 10 мА (0 – 5) В (0 – 10) В от минус 5 до 5 В от минус 10 до 10 В от минус 200 до 1300 °С | ± 0,025 % и более ± 0,025 % и более ± 0,2 °С и более | 3,150 |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых для технических нужд производства.

Заместитель директора



Л.Е. Астафьева